

CONTINUAÇÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº N4617/2003*Laboratório de Calibração Credenciado pelo INMETRO sob. n° 053 e n° 097***Tempo**

V.I.T. (s)	M.V.V.C. (s)	±I.T.M. (s)
60,02	60,020	0,006
120,01	120,01	0,01
240,01	240,011	0,008
480,01	480,017	0,009
600,00	600,008	0,009
1200,01	1200,02	0,006

